

DODATOK Č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE

(ďalej len „Dodatok“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Kupujúci:

Obchodné meno: **Nemocnica Zvolen a. s.**
Sídlo: Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
IČO: 45 594 929
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.:
Sa, vložka č.: 995/S

(ďalej len „Kupujúci“)

a

Predávajúci:

Obchodné meno: **S&T Slovakia s. r. o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava
IČO: 31 349 935
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro,
vložka č.: 5021/B

(ďalej len „Predávajúci“)

(Kupujúci a Predávajúci spoločne ďalej len „Zmluvné strany“ a jednotlivito len „Zmluvná strana“).

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 31. 3. 2020 Kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Zmluvné strany majú záujem upraviť niektoré ustanovenia Zmluvy.

3. PREDMET DODATKU

- 3.1 Odo dňa účinnosti tohto Dodatku sa pôvodná príloha č. 1 Zmluvy ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 1 Zmluvy, ktorá je prílohou tohto Dodatku.
- 3.2 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 3.4 Tento Dodatok sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.



V Zvolene dňa 16.5.2020

Nemocnica Zvolen a. s.

Nemocnica Zvolen, a.s.

Kuzmányho nábrežie č. 28

960 01 Z v o l e n

IČO: 45 594 929, DIČ: 2023053065

-2-



MUDr. Ján Belanský
predseda predstavenstva



Ing. Ľudmila Veselá
člen predstavenstva

V Bratislave dňa 12.5.2020

S&T Slovakia s. r. o.


s&t

S&T Slovakia s. r. o.

Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava

IČO: 31349935, IČ DPH: SK2020345591

11



Helena Horovčáková
konateľ



Príloha č. 1 technická špecifikácia predmetu zmluvy		
Technické parametre	Uchádzač	S&T Slovakia s. r. o. Ingenuty Care Korinkiljke PHILIPS N.V. Uchádzačom uvedená hodnota
Názov ponúkanej technológie	Výrobca	
Požadovaná hodnota		
Základné údaje		
Typ pacientov, medicínsky účel, konkrétne vyšetrenie, pre ktoré bude požadovaný prístroj určený	Pre potreby centrálneho príjmu – určený pre široký rozsah vyšetrení celého tela, cieľ, hlavy, hrudníka, brušnej a panvovej dutiny, ortopedické vyšetrenia a ďalšie	áno
CT prístroj		
Počet fyzických detektorov v osi Z	min. 64	áno - 64
Šírka akvizitného detekčného systému v osi Z	min. 38 mm	áno - 40 mm
Najkratší skenovací čas pre všeobecnú diagnostiku, neuváďať rotačný čas pre kardio akvizíciu alebo parciálne akvizitné časy	max. 0,4 s	áno - 0,4 s
Minimálna dosiahnuteľná šírka rezu	max. 0,625 mm	áno - 0,625 mm
Priemer otvoru gantry	min. 700 mm	áno - 700 mm
Veľkosť FOV	min. 50 cm	áno - 50 cm
Absolútny výkon generátora	min. 70 kW	áno - 80 kW
Teplelná kapacita anódy RTG lampy	min. 5 MHU	áno - 8 MHU
Rozsah voľby napätia RTG žiarlča	min. 80 - 130 kV	áno - 80 až 140 kV
Hodnota voľby maximálneho anódového prúdu	min. 500 mA	áno - 665 mA
Najlepšie priestorové rozlíšenie (pri stopercentnom kontraste)	max. 0,33 mm	áno - 15 LP/cm = 0,208mm
Softvér pre automatické sledovanie sytenia kontrastnou látkou a automatické spustenie akvizície pri dosiahnutí optimálneho nasýtenia kontrastnou látkou	áno	áno
Softvér pre elimináciu (filtráciu) kovových objektov	áno	áno
Stôl		
Nosnosť stola	min. 200 kg	áno - 204 kg
Horizontálny skenovací rozsah stola pri špirálnej akvizícii v osi Z	min. 1500 mm	áno - 1750 mm
Maximálna rýchlosť posunu stola pri horizontálnom skenovaní	min. 170 mm/sek	áno - 185 mm/sek
Akvizitná stanica	1 ks	
Farebný LCD monitor pre nastavenie akvizície, zobrazenia a prezerania snímok	min. 19"	áno - 19"
Úložná kapacita pre obrazové dáta	min. 250 GB	áno - 250 GB
DICOM funkcionality v nasledujúcom rozsahu	min. STORE, EXPORT, PRINT, Q/R, WLM	áno - STORE, EXPORT, PRINT, Q/R, WLM
Základné MPR, MIP, minIP, 2D, 3D rekonštrukcie	áno	áno
Modulácia dávkou podľa anatómie	áno	áno
Inicializácia skenovania pri dosiahnutí prahovej hodnoty kontrastnej látky	áno	áno
Archivácia a záloha dát na CD alebo DVD	áno	áno
Iteratívna rekonštrukcia na báze RAW dát	áno	áno
Diagnostická stanica	1 ks	
Farebný LCD monitor 2ks	min. 19"	áno - 24" 1ks
Úložná kapacita pre obrazové dáta	min. 500 GB	áno - 1 TB
DICOM funkcionality v nasledujúcom rozsahu	min. STORE, EXPORT, PRINT, Q/R, WLM	áno - STORE, EXPORT, PRINT, Q/R, WLM
Archivácia a záloha dát na CD alebo DVD	áno	áno
Štandardné vyšetrovacie protokoly	áno	áno
Softvérové vybavenie pre vyšetrenie perfúzie mozgu s možnosťou kvantitatívneho hodnotenia rôznych diagnostik	áno	áno
Softvér pre cievnu analýzu s automatickým vyhodnotením stenóz a aneurýziem s automatickým odstránením kostných štruktúr s minimálnymi možnosťami	áno	áno
Softvérové vybavenie pre vyšetrenie pomocou virtuálnej kolonoskopie vrátane možnosti automatického vyhľadávania polypov	áno	áno
Prístušenstvo		
Stôl pre akvizitnú stanicu, kreslo	áno	áno
Injektor kontrastných látok, dvojhlavový, bezdrôtový	áno	áno
Elektrický rozvádzač	áno	áno
Návrh priestorového usporiadania dodávky, technologický projekt, projekt ELI	áno	áno
Ďalšie požiadavky		
Dátum vypracovania cenovej ponuky: 12.3.2020		

Nemocnica Zvolen, a.s.
Kúzaného nabrežie č. 28
960 01 Z v o l e n
IČO: 45 594 929, DIČ: 2023053065

S&T

S&T Slovakia s. r. o.
Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava
IČO: 31349935, IČ DPH: SK204345591

Helena Horováková
konateľ